

Fornecedor: Solicitação: 12313 Nr. Processo :
Solicitante: IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.966.540/0006-88 Insc. Est.: null
Endereço: 01, QD. B-1, LT. 03/05, TERREO, FUNDOS - SETOR OESTE Cidade: GOIANIA Fone: 32099700 UF: GO

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: VITORIA.HELENA Data máxima 13/03/2019
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

PEDIDO DE COTAÇÃO Nº 042/2019
PRAZO MAXIMO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 22/03/2019 12H00M
TENDO EM VISTA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA HEMORREDE PUBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA DE GOIÁS E DIANTE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, JUSTIFICAMOS A PRESENTE SOLICITACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA 01 CENTRIFUGA REFRIGERADA , MODELO KR 4-22, PATRIMONIO Nº 1CE022.
O APARELHO VEM APRESENTANDO FALHA AO FINAL DA ROTACAO, APRESENTANDO ERRO E ENCERRANDO O PROCESSO DE FORMA ABRUPTA, COM O TRAVAMENTO DA TAMPA.
LOCAL DO REPARO: DIVISAO DE PROCESSAMENTO - HEMOCENTRO
ENDERECO: AV ANHANGUERA, Nº 5195 SETOR COIMBRA GOIANIA - GO
RESPONSAVEL NO LOCAL: ANA PAULA FALEIRO

| VI. Desconto | Dias para entrega | Validade da Proposta | Condições de Pagamento |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | | | |

Frete

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B. | Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | Valor R\$ <input type="text"/> | Valor Outros (+) <input type="text"/> |
|--|---|--|---|

| Seq. | Produto | Qtd. | Solic. | Unidade | Marca | VI. Unitário | VI. Total | VI. Desc. | VI. IPI |
|------|--|------|--------|---------|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 12386 MAO DE OBRA / REPARO EM CENTRIFUGA REFRIGERADA - 01 MANUTENCAO CORRETIVA | 0 | | Serviço | | | | | |

Total: _____