

Fornecedor: Solicitação: 12305 Nr. Processo :
Solicitante: IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CNPJ: 07.966.540/0006-88 Insc. Est.: null
Endereço: 01, QD. B-1, LT. 03/05, TERREO, FUNDOS - SETOR OESTE Cidade: GOIANIA UF: GO
Fone: 32099700

Assunto: Cotação de Preços

Comprador: BRUNA.CRISTINA Data máxima 13/03/2019
Fornecedor: CNPJ:
Endereço: Insc. Est.:
Bairro: Contato(s):
Cidade: UF: Cep:

TENDO EM VISTA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NA HEMORREDE PUBLICA ESTADUAL DE HEMOTERAPIA DE GOIÁS E DIANTE DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES, JUSTIFICAMOS A PRESENTE SOLICITACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA 01 CENTRIFUGA REFRIGERADA (GR 4-22 JOVAN), PATRIMONIO Nº 315469646, SERIE 30204095.

A CENTRIFUGA POSSUI APENAS DUAS TAMPAS DAS CAÇAPAS FUNCIONANDO E AS ESTRUTURAS QUE FECHAM AS MESMAS, ENCONTRAM-SE REMENDADAS. NAO ESTA REFRIGERANDO. HOUVE VÁRIAS MANUTENCOES E O PROBLEMA NAO FOI RESOLVIDO.

LOCAL DO REPARO: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUCAO DE PORANGATU- GO
ENDERECO: RUA 04, S/N - BAIRRO PLANALTO, PORANGATU - GO
RESPONSAVEL NO LOCAL: SAMIRA DO VALE CAMPOS

VI. Desconto	Dias para entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento

Frete

Tipo: <input type="checkbox"/> C.I.F. <input type="checkbox"/> F.O.B.	Incluso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Valor R\$ <input type="text"/>	Valor Outros (+) <input type="text"/>
---	--	--	---

Seq.	Produto	Qtd.	Solic.	Unidade	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total	Vi. Desc.	Vi. IPI
1	12386 MAO DE OBRA / REPARO EM CENTRIFUGA REFRIGERADA - 01 MANUTENCAO CORRETIVA	0		Serviço					

Total: _____