

PEDIDO DE COMPRAS / TERMO DE REFERÊNCIA

Setor Solicitante:

LABORATÓRIO CONTROLE DE QUALIDADE

I - OBJETO

Aquisição de três equipamentos (analisador semi-automático de bioquímica) para realização do teste de hemólise no controle de qualidade dos hemocomponentes, atendendo às exigências da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017.

A contratação tem objetivo de atender a demanda do Hemocentr Coordenador de Rio Verde e Catalão, assim com o Hemocentro Coordenador de Goiás - Professor Nion Albernaz que irá realizar das demais unidades, atendendo assim toda a Hemorrede.

II - JUSTIFICATIVA

O Hemocentro é uma unidade de saúde que coordena a hemoterapia do estado de Goiás, segundo os postulados do Sistema Único de Saúde – SUS.

Se faz necessário a aquisição destes equipamentos para a realização do teste de hemólise, um dos parâmetros do controle interno dos hemocomponentes.

Esses equipamentos atenderão toda a demanda da Hemorrede.

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Item	Especificação Detalhada do Equipamento	Quantidade
1	<p>Analisador bioquímico semi-automático com metodologia colorimétrica, enzimática e cinética.</p> <p>Mínimo 10 possibilidades de programação em sistema aberto.</p> <p>Faixa de leitura -0,100 a 3.500 Abs.</p> <p>Filtro 540.</p> <p>Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0mL.</p> <p>Leituras em absorvância, ponto final , cinética, tempo fixo e di-</p>	03

PEDIDO DE COMPRAS / TERMO DE REFERÊNCIA

<p>ferencial.</p> <p>Leitura com padrão e fator.</p> <p>Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada.</p> <p>Apresentação de gráfico de Levey-Jennings.</p> <p>Alimentação 220 Volts.</p> <p>Registro na Anvisa.</p> <p>Garantia de no mínimo 1 ano.</p>	
---	--

IV - PARTICULARIDADES DA AQUISIÇÃO E/OU OBJETO:

O fornecedor estará condicionado ao atendimento dos requisitos exigidos, incluindo a emissão de parecer técnico favorável;

O fornecedor deverá se responsabilizar por instalação, treinamento operacional e qualificação de instalação e operação.

O fornecedor deverá ser representante autorizado ou distribuidor oficial do fabricante do equipamento no Brasil e apresentar manual do equipamento em português.

V- ENTREGA

O local de entrega deverá ser no Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, à Av. Anhanguera, nº 5.195 – Setor Coimbra, Goiânia – GO – CEP 74.535-010.

Ficarão responsáveis pelo recebimento, Ana Paula de Araújo Santos, biomédica responsável pelo Setor do Laboratório e André Luiz Rosso responsável pela Engenharia Clínica.

O prazo para a entrega não poderá ser superior a 15 (quinze) dias contados a partir da data da solicitação.

A efetiva entrega fica condicionada à aceitação por parte da equipe encarregada pela recepção/aceite.

Ana Cristina N. Mendes
Ana Cristina Novais Mendes

Diretora Técnica

De acordo!
de 11/09/2009

Denyse Silva Goulart
Diretoria Geral
HEMOGO

De acordo!
Nidia Borges
Diretoria Administrativa
HEMOGO